

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")  
50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 23

**СВІДОЦТВО**

про перевірку

№ 258978

Чинне до «17» червня 2021 р.

Засіб вимірювальної техніки Стенд для випробування міцності

(Назва та умовне позначення)

вантажних стропів

СВ-50

Зав. №

477

Виробник

ТОВ "СКІФ ІНВЕСТ"

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки  
(далі-ЗВТ) відповідає вимогам Стенд випробувальний СВ-50. Технічний

(документ,

паспорт.

що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних характеристик

Діапазон вимірювання від 500 кгс до 50000 кгс

(клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на \_ стор. у \_ прим.

Виконавець

  
підпис

Г.П. Паламарчук

ініціали, прізвище

202012180213

Місце печатки



«01» грудня 2020 р.



# ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

## ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАННЯ

№ 258978 від 01.12.2020

1. Відомості про обладнання: Стенд для випробування міцності вантажних стропів

2. Умови проведення вимірювання:

- температура оточуючого середовища, °С 8

3. Перелік еталонів та ЗВТ, застосованих під час проведення вимірювання:

№ п/ч	Назва робочих еталонів та ЗВТ	Тип	Зав. №	Клас, розряд	Метрологічні характеристики	Дата повірки (калібрування)
1.	Динамометр	ДОС-50	С543	3	Від 50 кН до 500 кН	08.2019
2.	Силувимірювальний пристрій	КСІ-500Р	12	-	Від 500 кгс до 50000 кгс	06.2020
2.	Секундомір механічний	СДСпр-1-2-000	0149106	-	Від 0,2 с до 30 хв.	04.2020

4. Результати вимірювання:

№ п/ч	Назва характеристик	Нормовані значення, кгс	Фактичні значення, кгс	Стан приладу
1	2	3	4	5
1	Статичне навантаження протягом 300 сек	Не менше 500	520	задовільний
2		Не менше 20000	20040	задовільний
3		Не менше 30000	30020	задовільний
4		Не менше 50000	50040	задовільний

Персонал, який виконував роботи з вимірювання

Г.П.Паламарчук