

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")  
50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 23

СВІДОЦТВО  
про перевірку

№ 401281 Чинне до «08» червня 2024 р.  
Засіб вимірювальної техніки Стенд для випробування міцності  
(Назва та умовне позначення)  
вантажних стропів  
СВ-50 Зав. № 477  
Виробник ТОВ "СКІФ ІНВЕСТ"  
За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки  
(далі-ЗВТ) відповідає вимогам Стенд випробувальний СВ-50. Технічний  
(документ,  
паспорт.  
що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних характеристик  
Діапазон вимірювання від 500 кгс до 50000 кгс  
(клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)  
Додаток: на \_ стор. у \_ прим.

Виконавець

  
підпис

Геннадій ПАЛАМАРЧУК

ініціали, прізвище 28069\_131021\_13

Місце печатки



«08» червня 2023 р.



# ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

## ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАННЯ

№ 401281 від 08.06.2023

1. Відомості про обладнання: Стенд для випробування міцності вантажних стропів

2. Умови проведення вимірювання:

- температура оточуючого середовища, °С 24

3. Перелік еталонів та ЗВТ, застосованих під час проведення вимірювання:

№ п/ч	Назва робочих еталонів та ЗВТ	Тип	Зав. №	Клас, розряд	Метрологічні характеристики	Дата повірки (калібрування)
1.	Динамометр	ДОС-50	С543	3	Від 50 кН до 500 кН	11.2021
2.	Силувимірювальний пристрій	КСІ-500Р	12	-	Від 500 кгс до 50000 кгс	05.2021
2.	Секундомір механічний	СДСпр-1-2-000	0149106	-	Від 0,2 с до 30 хв.	04.2023

4. Результати вимірювання:

№ п/ч	Назва характеристик	Нормовані значення, кгс	Фактичні значення, кгс	Стан приладу
1	2	3	4	5
1	Статичне навантаження протягом 300 сек	Не менше 500	520	задовільний
2		Не менше 20000	20040	задовільний
3		Не менше 30000	30040	задовільний
4		50000	50020	задовільний

Персонал, який виконував роботи з вимірювання



Геннадій ПАЛАМАРЧУК